

stem No : 22199 Döküm Tarihi : 25.01.2019  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
1500303991167	FAKO T P 30 DERECE UCU E ML	2,00	ADET
artname Kodu	: 24994		

FAKO T P TEKN K ARTNAMES

1. AMO marka fako cihazlarına uygun olmalıdır ve bunu ambalajında belirtmelidir.
2. Laminar akı (low) özelli ine sahip fako tipi olmalıdır ve bunu ambalajda belirtmelidir.
3. Tip ucu 30° e imli olmalıdır.
4. 20Gauge kalınlı a sahip olmalıdır.(Dı çapı 1.1mm olmalıdır.)
5. Çift paket steril ambalajda olmalıdır. Gamma ı ını sterilizasyonuna tabi tutulmu olup ambalajında ?Sterile R? olarak belirtilmi olmalıdır.
- 6.
7. Ambalaj üzerinde üretici firma bilgisi, son kullanım tarihi ve barkod bulunmalıdır.
8. Titanyum malzemedden yapılmı olup; 135 derecede steril olabilmelidir.
9. Teklifte birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Sa lık Bakanlı ınca onaylı çıktısı verilecektir.
10. Orijinal olmayan veya distribütör firma tarafından getirilmeyen ürünün; hastaya zarar verme, komplikasyon olu turma ve cihazı bozma riskleri vardır. Bu durumların olu masını engellemek ve/veya olu ması durumunda da sorumluluk alınabilmesi amacıyla ürünün Türkiye distribütöründen veya yetki verdi i bayisinden alınacaktır. Bu nedenle teklif veren firma distribütörlük belgesi veya distribütörden alınımı Sa lık Bakanlı ı onaylı bayilik belgesinin çıktısını olmalıdır.
11. Yetkili bayi dı ında teklif veren firma, cihazın malzemedden kaynaklanan arızası durumunda; cihazın tamirini yaptırmalı ve cihazın tamiri süresince kullanılmak üzere hastanemize en geç 48 saat içinde aynı marka ve model cihazı kullanıma bırakacaktır.

stem No : 22199 Döküm Tarihi : 25.01.2019  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00 Sayfa : 2  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
2000635	OFTALM K GÖZ DRAPE (PO ETL )(HYDURONAT)	250,00	ADET
artname Kodu	: <b>26786</b>		

Tek Po lu Göz Örtüsü (100x150)

1. Göz örtüsü non-Women kuma tan üretilmi olmalıdır.
2. Cerrahi örtü cildin nefes almasına izin verecek ancak, su, alkol, kan ve benzeri sıvıları emmeden ortamdaki sıvı ve örtünün altına geçirmeyecek nitelikte olmalıdır.
3. Örtünün üzerine do ru yerle tirme imkânı sa layan i aretler bulunmalıdır.
4. Set içerisindeki göz örtüsü, 100cmx150cm ölçüsünde olmalıdır.
5. nsizyon film ıslak ve kuru ortamında yapı abilmelidir.
6. Ameliyat sırasında olu an sıvıyı toplamak için insizyon alan kenarında bir adet po olmalıdır.

stem No : 22199 Döküm Tarihi : 25.01.2019  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00 Sayfa : 3  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
1500303991166	FAKO S GNATURE TUB NG SET	25,00	ADET
artname Kodu	: <b>26787</b>		

Tubing Set Teknik artnamesi

1. Hastanemiz demirba ında bulunan JnJ marka Signature model fako cihazına ait olmalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilmi olmalıdır.
2. Tubing set hem peristaltik hem de venturi pompa sistemine uygun olmalı veya göziçi basıncı kontrol etmek amacıyla tasarlanmı cihazda kullanılmaya uygun olmalı ve bu amaçla üretilmi cihaza yüklendi inde otomatik olarak tanımlamasını sa layacak düzene e sahip olmalıdır.
3. Steril edilmi ambalajda olmalıdır.
4. Tubing seti paketi içerisinde manifold, I/A tubingler, atık torbası ve kan setinden olu an tubing set, cihaz önündeki tepsiyi örtmek için bir adet steril effaf örtü (mayo stand drape) olmalıdır veya rrigasyon ve Aspirasyon hatları ile serum seti ve damlacık odacı ı, kasete üretim esnasında sabitlenmi olmalıdır ve herhangi bir e kilde yanlı ba lantıya imkân tanımamalıdır.
5. Hastane kullanımına verilecek olan cihaz özelliklerinin en etkin bir e kilde kullanılması için gerekli tubing set sistem verilecektir.
6. Ambalaj üzerinde barkod, son kullanım tarihi, üretici firma bilgileri mutlaka bulunmalıdır.
7. Teklif edilen Ürünün Ulusal Bilgi Bankasına kaydı bulunmalıdır.

stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019  
Sayfa : 4

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
150030399535202	FAKO BIÇA I	75,00	ADET
artname Kodu	: 26789		

Fako Bıça ı 2.2-2.4 mm.

1. Disposable olmalıdır.
2. Bıçak fako ameliyatlarında 2,2-2.4 mm`den giri yapmak için imal edilmi olmalıdır.
3. Açılı olmalıdır.
4. Steril orijinal paket içinde olmalıdır.
5. Bıça ın metal ve plastik aksamı kaliteli olmalıdır.
6. Bıçak kornea üzerinde daha az hasar bırakması, yara iyile me süresinin kısa olmasını sa laması açısından ve lens yerle tirme sırasında yapılan kesinin daha esnek olmasına yarayan 3D dizaynında üretilmi olmalı ve bunu katalog üzerinde göstermelidir.
7. Mükemmel bir kesi olu ması için bıçak Kalınlı ı 0,13 mm?yi geçmemelidir.
8. Bıçak Mikroskop altında parlamama özelli ine sahip olmalıdır.
9. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
10. Orijinal paketinde baskılı olmalıdır. (Yapı kan etiket olmamalıdır)
11. Bıça ın ucunu koruyan süngeri olmalıdır. (Numuneler denendikten sonra karar verilecektir)
12. Bıçak Gama Sterilizasyonu ile steril edilmi olmalıdır.

stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019

Sayfa : 5

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
2000637	MVR BIÇA I	75,00	ADET
artname Kodu	: <b>26791</b>		

MVR Biça ı

1. Disposable olmalıdır.
2. Biça ın uç geni li i 0,90mm (20g) olmalıdır.
3. Düz model olmalıdır.
4. Full handle olmalı, orijinal paketi içinde olmalıdır.
5. Biça ın metal ve plastik aksamı kaliteli olmalı ve bıçak Mikroskop altında parlamama özelli ine sahip olmalıdır.
6. Fakoemülsifikasyon cerrahisinde para sentez yapmaya uygun olmalıdır.
7. Biça ın ucunu koruyan süngeri olmalıdır

stem No : 22199 Döküm Tarihi : 25.01.2019  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00 Sayfa : 6  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
2002575	V SCOELAST K MADDE % 3 LÜK	25,00	ADET
artname Kodu	: 26792		

V SKOELAST K MADDE-1 ( D SPERS F ÖZELL KL ) TEKN K ARTNAMES

1. Beher ml?de %3,70 Kondrotinsülfat + %2,92 Sodyum Hyaluronat içermelidir veya Sodyum Hyaluronat içeri i 30 mg/ml (%3) olmalıdır.
2. Sadece Sodyum Hyaluronat içeren ürünün aynı markanın %1-%1,4-%2.3 yo unluklu do al yollardan elde edilerek üretilmi formları olmalıdır, bu ürünlerin buhar içi sterilizasyonu yapılmı olmalıdır.
3. Klinik hekimlerinin cerrahi gereklilik gere i talep etmeleri durumunda ürünün di er formlarında da de i im yapılabilirdir. Bu oran %10?dan fazla olamaz.
4. Viskoelastik solüsyon en az 0.50 ml?lik ambalajda bulunmalıdır.
5. Osmolalitesi 325 Osm +/- 40 mOsm olmalıdır.
6. Ph?ı 7.0 ? 7.5 arasında olmalıdır.
7. Kondrotinsülfat içeren bile ik steril 27 Gauge, disposable, künt kıvrık uçlu bir kanül ve kanül kilit halkası, sadece sodyum hyaluronate içeren ürün ise 25 GA kanül içermelidir.
8. Transparan vizibilitesi olmalıdır.
9. Tek kullanımlık cam ırına içeren ambalajlarda aseptik olarak paketlenmi , blisterlenmi ve yeniden steril edilmi olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün orijinal olup Lateks içermemelidir ve lateks içermedi i orijinal ambalajı, katalog u ve prospektüsünde gösterilmelidir.
11. Ürünlerle ilgili olarak mililitre hesabı yapılacaktır.
12. Teklifte birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Sa lık Bakanlığı nca onaylı çıktısı verilecektir.
13. Kesin karar klinik hekimlerinin numune de erlendirmesi sonucunda verilecektir.

stem No : 22199 Döküm Tarihi : 25.01.2019  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00 Sayfa : 7  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
2002588	V SCOELAST K SOL. (SODYUM HYALURUNAT) % 1.8	65,00	ADET
artname Kodu	: <b>26793</b>		

V SKOELAST K MADDE-2 (KOHES F ÖZELL KL ) TEKN K ARTNAMES

1. Yüksek molekül a ırlıklı Sodyum Hyaluronat içermelidir.
2. Konsantrasyonu %1 Sodyum Hyaluoranate olmalı ve pH de eri 7.0 ? 7.5 olmalıdır.
3. Ortalama molekül a ırlı ı 3.000.000 Dalton?dan az olmamalıdır.
4. Viskozitesi 50.000 mPas?dan az olmamalıdır.
5. Steril cam ıringada 0.85 ml hacminde tek kullanımlık olacak ve 25G-27G steril kanül içermelidir.
6. Mikrobiyel yöntem ile elde edilerek üretilmi , buhar içi sterilizasyon yapılmı olmalıdır.
7. Ürünün cerrahi masada karı masını engellemek için ürün enjektörü üzerinde ayırt edici renkli bant bulunmalıdır.
8. Aynı markanın do al yollardan elde edilerek üretilmi %1,4?lük formu veya Beher ml?de %3,70 Kondrotinsülfat + %2,92 Sodyum Hyaluronat içeren formu olmalıdır, buhar içi sterilizasyon yapılmı olmalıdır. Cerrahi gereklilik do ması durumunda ücretsiz de i im yapılabilirdir. Bu de i im oranı %10?dan fazla olmayacaktır.
9. Cerrahi i lem sonunda kolayca uzakla abilir özellikte olmalıdır.
10. Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında onaylı olmalıdır ve bunu belgelenmelidir.
11. Lateks içermemelidir. Lateks içermedi i orijinal ambalajı ve katalog u üzerinde ve prospektüsünde belirtilecektir.
12. Klinik hekimlerince denenerek karar verilecektir.

stem No : 22199 Döküm Tarihi : 25.01.2019  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00 Sayfa : 8  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
2000864	GÖZ Ç DENGEL TUZ SOL. 500 ML	125,00	ADET
artname Kodu	: <b>26794</b>		

Göziçi rrigasyon Sıvısı

1. Göziçi irrigasyon sıvısı, ön segment cerrahisinde humör aköz yerine ve arka segment cerrahisinde kullanılabilir.
2. Endotel hücreleri için gerekli tüm iyonları sa lamalıdır.
3. Korneal ödem ve endotel hasarlarını engellemelidir.
4. Yabancı cisim hissi uyandırmamalıdır.
5. Solüsyon berrak olmalıdır.
2. 500 ml. Cam i elerde olmalıdır.
3. Ürün numunesi denenerek karar verilecektir.



stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019  
Sayfa : 9

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
2001031	KATLANAB L R GÖZ Ç LENS	200,00	ADET
artname Kodu	: 26796		

H DROFOB K MONOBLOK LENS TEKN K ARTNAMES

1. Monoblok (Tek Parçadan Mamül) Akriyat Metakriyat?tan Üretilmi Olmalıdır.
2. Tamamen Hidrofobik Yapıda Opti e Sahip Olmalı. (Sıvı çinde Olmamalıdır.)
3. Uv Korumucu Olmalıdır.
4. Lenslerin Su çeri i % 1`Ten Fazla Olmamalı Ve Lensler Kaplama Olmamalıdır.
5. 6.0 Mm Optik Çapında 13 Mm. Toplam Uzunlukta Olmalıdır. Bu Vazgeçilmez Bir Özelliiktir.
6. Optik Haptik Düzlemi Arasında Aç Sıfır Derece Olmalıdır.
7. Ön Kamara Derinli i 5,00-5.50 Arasında Olmalıdır.
8. Lens a a ıdaki iki özellikten birine sahip olmalıdır.
  - a. Lens yansımayı (glare) minimize etmek, kontrast hassasiyeti geli tirmek, retinayı mavi ı ıkların hasarlarından daha iyi bir ekilde korumak, do ala daha yakın bir görü sa lamak amacıyla lens opti i sarı renkli yani ?blue blocker? özelli ine sahip olmalıdır. Bu özellik Mavi I ık Filtrasyonlu Kromofor içererek te sa lanabilir. Bu vazgeçilmez bir özelliiktir. Lensin Refraktif indeksi 1.55 olmalıdır.
  - b. Lens kesintisiz 360 derecelik haptik- optik birle mesiyle geni leyen kenar parlamalarını engelleyen frosted edge dizaynı keskin kenara sahip olmalıdır. Lens 3 noktadan kapsüller bag sabitli ini sa lamalıdır. Lensin kapsüle 3 noktadan temas etti i katalog üzerinde gösterilmelidir. Lensin desantralizasyonu engellemesi sebebiyle bu vazgeçilmez bir özelliiktir.
9. A Sabiti 118,0-119.5 arasında olmalıdır.
10. +6-30 Diyoptri Aralı ında Türkiye Pazarında Stoklu Olmalıdır.
11. Lenslerle Birlikte Lens Sayısı Kadar Kartu Ücretsiz Olarak Verilecektir. Kelebek kartu sistemleri kabul edilmeyecektir. Bu vazgeçilmez bir özelliiktir.
12. Lenslerin mplantasyonu sırasında lens kayıplarını önlemek için 1 Adet reusable Enjektör Sistemi Ücretsiz Olarak Verilecektir. Lenslerin kullanımı için verilecek olan enjektör sisteminin lens ile uyumlulu unun kontrolü için lens katalo unda bu durum gösterilmelidir.
13. Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Onaylı Kaydı hale Dosyasında Olmalıdır.
14. Kurum Tarafından Talep Edilmesi Durumunda 48 Saat çinde Dioptri De i imi Yapılacaktır.
15. Lenslerin Numunesi Igili Hekim Tarafından Denenerek Karar Verilecektir.

stem No : 22199 Döküm Tarihi : 25.01.2019  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00 Sayfa : 10  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

stem arname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
150030220050	ÖN V TREKTOM PROBU (OKÜTOM)	5,00	ADET
artname Kodu	: <b>26797</b>		

Ön Vitrektomi Seti Teknik arnamesi

1. Hastanemiz demirba ında bulunan JnJ marka Signature model fako cihazlarına uygun olmalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilmi olmalıdır.
2. Steril edilmli ambalajda olmalıdır.
3. Vitrektomi kesicisi disposable özellikte ve 2.500 kesi/dak. Veya daha fazla olmalıdır. Bumu ambalaj üzerinde belirtmelidir.
4. Ambalaj üzerinde barkod, LOT numarası, son kullanım tarihi, CE i areti ve üretici firma bilgileri mutlaka bulunmalıdır.
5. Teklif edilen Ürünün Ulusal Bilgi Bankasına kaydı bulunmalıdır.

stem No : 22199 Döküm Tarihi : 25.01.2019  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00 Sayfa : 11  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
150030399535203	ENDOLAZER PROBLARI 25G	6,00	ADET
artname Kodu	: <b>26808</b>		

25G PER FER K STEPPED LAZER PROBE

Tek kullanımlık, steril paket içinde olmalıdır.

Paket üstünde kod numarası, ce i areti, son kullanım tarihi, lot numarası, markası ve paketin nereden açılacağı belirtilmiş ve olmalıdır.

Probun elcik bölümü plastik, ucu hafif kavisli olmalıdır.

Klini imiz lazer cihazı ile uyumlu olmalı, periferik retinaya lazer uygulamaları için tasarlanmış olmalıdır.

25 gauge instrument kanüllerinin içinden geçebilecek özellikte olmalıdır.

Orijinal ürün dışı nda teklif veren firma, cihazın malzemedeki kaynaklanan arızası durumunda, cihazın yetkili servisine ücreti karşılığında tamir ettireceğini belirten noter tasdikli belge verecektir. Ayrıca firma cihaz arızası süresince hastanemize aynı cihazdan ücretsiz olarak bırakacaktır.

stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019

Sayfa : 12

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
1500303991167	FAKO T P 30 DERECE UCU E ML	2,00	ADET
artname Kodu	: <b>26809</b>		

FAKO T P TEKN K ARTNAMES

2,5 mm insizyon cerrahi teknik ile fako uygulamaları için uygun olmalıdır.  
Paslanmaz çelikten üretilmi olmalıdır, klini imiz fako elci i ile uyumlu olmalıdır.  
Fako ucu açısı 30 derece olmalıdır, klinik ameliyathane cihazımızda bulunan tüm fako modlarında çalı abilir özellikte olmalıdır.  
Açılı Triple step flared uç özelli inde olmalıdır.  
rigasyon kılıfı ve test odacı ı ile birlikte teslim edilmelidir.  
Kullanıma ve temizleme ko ullarına ba lı olarak +/- 20 kere steril edilebilme özelli i olmalıdır.  
Klini imizde bulunan kombine cihaz ile birlikte kullanılaca ı için Vitrektomi cihazı ile aynı markanın üretiminde olmalıdır.

stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019

Sayfa : 13

stem arname Listesi

--

stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019  
Sayfa : 14

stem arname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
150030399101391	V TREORET NAL BACK FLUSH KANÜLLER 25G	6,00	ADET
artname Kodu	: 26810		

EXTEND BLE BACKFLUSH TEKNİK ÖZEL KLER

1. Tek kullanımlık, gövde pürüzsüz ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Ürün steril çift blister ambalaj içinde, paketin nereden açılacağına dair ön ve arka yüzünde işaretler olmalıdır.
2. Paket üstünde kod numarası, içeriği ve markası belirtilmiş olmalıdır. Ürün tek parça ve özelliğini belirten renk kodu olmalıdır. Teklif edilen ürünün elcik bölümü boyası kalkmayan metalden olmalıdır.
3. Aktif ve pasif vakum yapabilme özelliğine sahip olmalıdır, orijinal paketi içinden aktif vakumu pasif vakuma dönüşüren steril Male adaptör çıkmalıdır. Bu vazgeçilmez bir özelliktir.
4. Flüt kanül ucu bozulma kırılma ve göz içinde yabancı cisim oluşmasına karşı ileri geri hareket mekanizmalı olmalıdır, bu durum vazgeçilmez bir özelliktir, ucunda silikon parça bulunmalı ve bu parça sayesinde süpürme işlemi yapabilmelidir, gerektiğinde ürün köreltilmiş uçlu flüt özelliğinde de kullanılmalıdır.
5. Silikon parça 3 mm'e kadar uzayabilir özellikte ve/veya yüksek miyop hastalarında kullanılan ucu uzatılmış backflush özelliğinde olmalıdır. Bu durumlar vazgeçilmez özelliklerdir.
6. 25 gauge ve 0,5 mm ölçüsünde olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün elcik bölümü 360 derece tutulabilme özelliğine sahip ve geniş açılı non kontakt mercek sistemleri mekanizmasına (Eye-Boss, Biom, Ruw, Resight vb.) çarpmaması için kısaltılmış olmalıdır. Bu durum vazgeçilmez bir üstünlüktür.
8. Teklif edilen ürünün 20G ve 23G ölçüleri olmalı, klinik talebi doğrultusunda diğer ölçü ve özelliklerdeki backflush ürünleri ile, yüksek miyop backflush ürünleri ile ve/veya en az 3 ml geniş rezervuar haznesine sahip diğer backflush ürünleri ile ücretsiz olarak değerlendirilmelidir.
9. Numune denendikten sonra karar verilecektir, numune verilmeyen firma teklifleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019  
Sayfa : 15

stem arname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
150030399535204	V TREORET NAL CERRAH C HAZLARINA UYGUN ÇAPTA KASET VE TÜP SETLER 25G	6,00	ADET
artname Kodu	: 26813		

25 GAUGE VGPC V TREKTOM SET TEKN K ÖZELL KLER

1. Teklif edilen set transkonjoktival yol ile 25G 0,5 mm tekni inde vitrektomi cerrahisine yönelik ürün kapsamında olmalıdır.
2. Teklif edilen set klini imiz kombine vitrektomi cihazı ile uyumlu olmalıdır.
3. Set steril paket içerisinde, set kod numarası, son kullanım tarihi ve set içeri i belirtilmi olmalıdır.
4. Set içinden çıkan kaset (kombine) fakoemülsifikasyon ve vitrektomi ameliyatı prosedürlerinde kullanılmalıdır.
5. Set içeri i:
  - o Vti pompa kullanımına uygun sıvı dağıtım sistemini içeren kapalı devre kaset sistemi ve doldu u zaman bo altma özelli ine sahip 0,5 ml atık torbası.
  - o Prob mil - aft sertli i arttırılmı , aspirasyon portu prob ucuna yakınla tırılmı 25G vitrektomi probu.
  - o Geni açılı aydınlatma özelli ine sahip kullanıcı hekimin göz kama masını engelleyenkorumalı25G ı ık probu. Bu ı ık probu cerrahın istedi i zamanlarda ı ıklı skleral indentör özelli inde kullanılmalıdır.
  - o 3 adet 25 Gauge tek basamaklı instrument kanül( trokar) seti, infüzyon kanülü.
  - o Yardımcı aspirasyon hortum hattı, vitrektomi prob aspirasyon hattı, otomatik infüzyon telafisi sistemi ile çalı an irrigasyon seti, 0,22 mikron filtreye sahip hava sıvı de i im hortum hattı, alet tepsi örtüsü, uzaktan kumanda örtüsü, ekran örtüsü ve erkek - di i konektörler bulunmalıdır.
6. Teklif edilen set kullanılan cihaz ile aynı firmanın üretiminde olmalı, farklı marka bir set teklif edilmi ise bu set kullanımından kaynaklanan cihaz arızası durumunda, teklif veren firma arızalı cihazı yetkili servise tamir ettirece ini yazılı olarak taahhüt etmelidir.

stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019  
Sayfa : 16

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
150030399535205	AV ZE T P ENDO LLUM NASYON SETLER 25G	6,00	ADET
artname Kodu	: 26814		

EVA KOMB NE C HAZ KASET SET

1. Teklif edilen ürün steril paket içerisinde tek kullanımlık olmalıdır.
2. Paket üzerinde ürün markası, kod numarası, sterilizasyon ekli, son kullanım tarihi, CE i areti, lot numarası ve paketin nereden açılacağı belirtilmiş olmalıdır.
3. Teklif edilen kaset vakuf flow VTI teknoloji pompa sistemi için üretilmiş olmalıdır.
4. Teklif edilen set klini imiz kombine cihazı ile uyumlu ve aynı markanın üretiminde olmalıdır.
5. Teklif edilen kasetin iç bölümünün görünebilmesi için ön bölümü effaf plastikten üretilmiş olmalıdır. Kaset kapalı devre sistem çalışması prensibine göre üretilmiş olmalıdır.
6. Kaset üzerindeki irrigasyon ve aspirasyon hortumları yanlı ba lantıyı engellemek amacı ile ba lantı uç noktaları farklı renklerde olmalıdır.
7. Kaset üzerindeki serum odacı ında göz içi basıncını sabit tutmak için kullanılan küresel basınç hortum sistemini veya standart hava hattını kullanmak için çek-valf sistemli ve kâ it filtreye sahip ba lantı odacı ı ve bu ba lantı odacı ının kapa ı olmalıdır.
8. Set içeri i; cihaza takılacak olan kaset sistemi, 0,5 ml atık torbası, aspirasyon hattı, yerçekimi prensibine göre sıvı verme hattı ve irrigasyon hattından oluşmalıdır.
9. Orijinal ürün dı ında teklif veren firma, cihazın malzemeden kaynaklanan arızası durumunda, cihazın yetkili servisine ücretli kar ılı ı tamir ettirece ini belirten noter tasdikli belge verecektir. Ayrıca firma cihaz arızası süresince hastanemize aynı cihazdan ücretsiz olarak bırakacaktır.



stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019  
Sayfa : 17

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
150030399101397	S L KON ENJEKS YON VE EKSTRAKS YON KANÜLLER 23G TROCAR S STEM	6,00	ADET
artname Kodu	: <b>26816</b>		

DISPOSABLE VFI CANNULA W TH 7 MM TH N WALL POLYIMIDE TIP 25 G  
1272.VF 05

1. Steril tek paket içinde olmalıdır.
2. Paket üstünde kod numarası ce i areti ve markası belirtilmi olmalıdır.
3. 7 mm ince duvarlara sahip olmalıdır.
4. Sıvı verme i lemi için tasarlanmı olmalıdır.
5. Kanül ucu belirgin bir renkte ve polyamit yapıda olmalıdır.
6. 25 gauge ve 0,5 mm ölçüsünde olmalıdır.

stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019  
Sayfa : 18

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
150030301991590	TEK KULLANIMLIK D AMOND DUSTED 23 GAUGE	6,00	ADET
artname Kodu	: 26818		

EXTENDIBLE DIAMOND DUSTED SWEEPER

1290.EXS25

1. Tek kullanımlık olmalıdır, gövde elden kaymayı engellemek amacı ile pürüzlü yapıda olmalıdır.
2. Paket üstünde kod numarası ce i areti ve markası belirtilmi olmalıdır,
3. Sweeper ucu bozulma kırılma ve yamulmaya kar ılıeri geri hareket mekanizmalı olmalıdır,bu durum vazgeçilmez bir özelliktir,
4. Alet ucu elmas tozu ile kaplanmı olmalıdır,
5. Teklif edilen ürün steril çift blister ambalaj içinde, paketin nereden açılaca ına dair ön ve arka yüzünde i aretler olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün elcik bölümü 360 derece tutulabilme özelli ine sahip ve geni açılı non kontakt mercek sistemleri mekanizmasına (Eye-Boss, Biom, Ruw, Resight vb.) çarpmaması için kısaltılmı olmalıdır.Bu durum vazgeçilmez bir üstünlüktür.
7. 25 gauge ve 0,5 mm ölçüsünde olmalıdır.

stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019  
Sayfa : 19

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
150030399101510	ENDOD ATERM PROBLARI	6,00	ADET
artname Kodu	: <b>26820</b>		

REUSABLE ENDO DA TERM HANDLE 25G

1. Steril edilebilme özelli i olmalıdır.Çelikten üretilmi olmalıdır.
2. Aletin elcik bölümü çelik ve pürüzlü yapıda olmalıdır. Alet ucu düz ve nokta tipli olmalıdır.
3. Klini imizde bulunan kombine cihaz ile birlikte kullanılaca ı için vitrektomi cihazı ile aynı markanın üretiminde olmalıdır.
4. 25G 0,5 mm ölçüsünde olmalıdır

stem No : 22199  
stem Tarihi : 14.01.2019 00:00:00  
Açıklama : GÖZ SERV S 3 AYLIK HT YAÇ  
Bölüm Kodu : 0601  
Bölüm Adı : GOZ HASTALIKLARI SERVISI

Döküm Tarihi : 25.01.2019

Sayfa : 20

stem artname Listesi