

stem No : 22632 Döküm Tarihi : 04.03.2019
stem Tarihi : 01.03.2019 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : BA HEM REL K SARF MALZEME ALIMI
Bölüm Kodu : 91919
Bölüm Adı : BASHEMSİRELİK BİRİMİ

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
2000614	NEBUL ZATÖR MASKES PED ATR K	2.000,00	ADET
artname Kodu	: 319		

NEBUL ZATÖR MASKES PED ATR K(D SPOSABLE)

- 1.Setin içerisinde bir adet a ızlık, ba lantı için T parçası, nebülizasyon haznesi ve nebül ba lantı kanülü (Oksijen kayna ına) bulunmalıdır.
2. laç nebülizasyonu yapılmasına uygun olmalıdır.
- 3.Set tekli olarak paketlenmi olmalıdır.
4. laç nebülizasyonu için hazne kolay açılıp kapanmalıdır
- 5.Ba lantı kanülü üniversal olup hastane oksijen hattına uyumlu olmalıdır

stem No : 22632 Döküm Tarihi : 04.03.2019
stem Tarihi : 01.03.2019 00:00:00 Sayfa : 2
Açıklama : BA HEM REL K SARF MALZEME ALIMI
Bölüm Kodu : 91919
Bölüm Adı : BASHEMSIRELIK BIRIMI

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
2000630	OKS JEN MASKES YET K N	5.000,00	ADET
artname Kodu	: 333		

OKS JEN MASKES ER K N

- 1- Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalı.
- 2- Yumu ak tahri etmeyen non- toksik medikal sınıf PVC `den yapılmı olmalı.
- 3- Kolayca temizlenebilmeli.
- 4-Maskenin O2 giri yeri ile fluometre arasında ara konnektörü olmalı ve hortum uzunlu u 165 cm \pm 2 olmalı
- 5- Ba ı çevreleyen lasti i esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı.
- 6- Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2 çıkaracak delikler olmalı.
- 7- Hortumu kaza ile kırılırsa bile O2 `yi iletebilme özelli ine sahip olmalı fleksible olmalı.
- 8-Yüzde rahat durmayı sa layacak tahri yapmayan burun üzerine yerle tirilen ince metal mandalı olmalı.
- 9- Maskenin hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine ba lı olan sisteme uyumlu olmalı.
- 10- Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalı.
- 11- Arkadan ba a geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lasti i bulunmalı.
- 12- Ambalajı tekli , temiz po et içinde olmalı.
- 13- effaf olmalı.
- 14- Maskenin yüze de en kısmı yuvarlatılmı ve düz kenarlı olmalı

stem No : 22632 Döküm Tarihi : 04.03.2019
stem Tarihi : 01.03.2019 00:00:00 Sayfa : 3
Açıklama : BA HEM REL K SARF MALZEME ALIM
Bölüm Kodu : 91919
Bölüm Adı : BASHEMSİRELİK BİRİMİ

stem artname Listesi